

Elite Fodterapi
Gryde Torv 24
7700 Thisted

CERTIFIKAT

februar - 2026

Testresultat:

Forsendelse nr: 143838

Vi har gennemført dyrkningen af 1 sæt biologiske indikatorer, indlagt i Deres **Enbio class B** den 3. februar 2026

Testresultat for de 3 biologiske indikatorer:

Placering	Ikke godkendt	Godkendt
1: BAG		✓
2: MIDT		✓
3: FOR		✓

Dyrkningen blev udført i næringssubstrat Tryptic Soy Broth i henhold til DS/EN ISO 11138-3/11138-4 med en reduceret inkubationstid efter RIT metoden i henhold til DS/EN ISO 11138-8.

Sterilisationen har været effektiv med en drabseffekt på:

10^5 eller bedre overfor sporer af *Geobacillus stearothermophilus*

og kan dermed godkendes. Denne test indgår i en løbende kontrol med ovennævnte autoklave/sterilisator og udføres hver 3. måned.

Irene Andreassen

Gevninge, den 9. februar 2026

Irene Andreassen
Laborant